

Załącznik nr 2 do IN-

kolejny nr raportu

z dnia

Raport z dyżuru(dziennego; nocnego)

Nr porządkowy wsadu	Nr cyklu zgodnie z wydrukiem z urządzenia rodzaj programu	Wykaz jednostek w danym wsadzie	Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych poddawanych procesowi sterylizacji

Pod każdym udokumentowanym wsadzie :

- **wklejony wynik** kontroli biologicznej z określeniem **czasu inkubacji** i **wpisany wynikiem** potwierdzony podpisem pracownika
- **zwolnienie wsadu** sterylnego z potwierdzeniem podpisu pracownika zwalnijącego wsad

Na zakończenie raportu z danego dyżuru pracownik wpisuje:

- **powtórna sterylizacja** : wypisać pakiety które muszą zostać poddane powtórnej sterylizacji jeśli takie były
- **kody błędów**: wypisać kody błędów jeśli jakieś wystąpiły podczas procesów sterylizacji w ciągu trwania dyżuru
- **raport zdaje** : podpis osoby zdającej raport z danego dyżuru

Uwaga:

Jeśli w czasie zmiany dyżuru proces jest w trakcie odnotowujemy to w raporcie:

Proces nr w trakcie trwania

Raport zdaje : Podpis osoby zdającej raport

Załącznik nr 1 do IN-

kolejny nr raportu

z dnia

Raport z dyżuru(dziennego; nocnego)

Nr porządkowy wsadu	Nr cyklu zgodnie z wydrukiem z urządzenia rodzaj programu	Wykaz jednostek w danym wsadzie	Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych poddawanych procesowi sterylizacji

Pod każdym udokumentowanym wsadzie :

- **wpisany wynik tetu mycia mechanicznego** potwierdzony podpisem pracownika
wynik zszyty z wydrukiem z urządzenia myjąco-dezynfekującego przeznaczony do archiwizacji

Na zakończenie raportu z danego dyżuru pracownik wpisuje:

- **kody błędów**: wypisać kody błędów jeśli jakieś wystąpiły podczas procesów mycia i dezynfekcji w ciągu trwania dyżuru
- **narzędzia zwrócone**: odnotować jeśli były przypadki zwrotu narzędzi z powodu uszkodzeń
- **braki w zestawach narzędziowych** : odnotować jeśli takie były
- **raport zdaje** : podpis osoby zdającej raport z danego dyżuru

Uwaga:

Jeśli w czasie zmiany dyżuru proces jest w trakcie odnotowujemy to w raporcie:

Proces nr w trakcie trwania

Raport zdaje : Podpis osoby zdającej raport

INSTRUKCJA NADZORU NAD PROCESAMI DEKONTAMINACJI - DOKUMENTACJA

1. Cel:

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej procesów dekontaminacji przeprowadzanych w Centralnej Sterylizatorni

2. Zakres:

Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników Centralnej Sterylizatorni

3. Terminologia:

Dokumentacja – zbiór zapisów dla określonego działania

4. Odpowiedzialność i uprawnienia:

- Kierownik Centralnej Sterylizatorni za nadzór nad postępowaniem zgodnym z instrukcją
- Pracownicy Centralnej Sterylizatorni za postępowanie zgodnie z instrukcją

5. Opis postępowania:

- obowiązuje kolorystyka prowadzonych wpisów w dokumentacji:
 - dyżur dzienny kolor czarny
 - dyżur nocny kolor czerwony
- w strefie skażonej obowiązuje prowadzenie książki raportów, w której dokumentowane są wsady myjni-dezynfektora (załącznik nr 1)
- w strefie czystej obowiązuje prowadzenie książek raportów - oddzielnie dla każdego sterylizatora, w której dokumentowane są wsady do sterylizatora (załącznik nr 2)

6. Załączniki:

- załącznik nr 1 -dokumentacja prowadzona w strefie skażonej
- załącznik nr 2 – dokumentacja prowadzona w strefie czystej